

ESR受光値 \*1  
ESR Unit Light  
Reception Level

ロット番号 LOT No.	PLUS251
使用期限 EXP.DATE	2025-02-05
開封後の有効期間 OPEN VIAL STABILITY	7日間 7DAYS

アッセイ値 *2 ASSAY VALUE
MEK-1305
306

希釈液 DILUENT	アイソトナック・3 ISOTONAC・3
	ISOTONAC・4
溶血試薬 HEMOLYSING REAGENT	ヘモライナック・310 HEMOLYNAC・310

## 注意／Note:

\*1 光学系感度調整を行う場合、ユニットチェック画面にて「ME-130W」を選択し、上記のアッセイ値を入力してください。光学感度調整手順の詳細はサービスマニュアルをご参照ください。  
When adjusting the photometric sensitivity of the ESR measuring unit, select "ME-130W" on the Unit Check screen and enter the assay value printed above.  
For details on photometric sensitivity adjustment, refer to the Service Manual.

\*2 この値はESR値ではなく光学調整用の数値です。  
This assay value is an index value used for photometric sensitivity adjustment, not an ESR value.