

**MEK-CAL**

2.0mL

ESR受光値 *1
ESR Unit Light
Reception Level

アッセイ値 *2
ASSAY VALUE

MEK-1305

314

ロット番号 LOT No.	PLUS25Z
使用期限 EXP.DATE	2026-01-05
開封後の有効期間 OPEN VIAL STABILITY	7日間 7DAYS

希釈液 DILUENT	アイソトナック・3 ISOTONAC・3
	ISOTONAC・4
溶血試薬 HEMOLYSING REAGENT	ヘモライナック・310 HEMOLYNAC・310

注意／Note:

*1 光学系感度調整を行う場合、ユニットチェック画面にて「ME-130W」を選択し、上記のアッセイ値を入力してください。光学感度調整手順の詳細はサービスマニュアルをご参照ください。
When adjusting the photometric sensitivity of the ESR measuring unit, select "ME-130W" on the Unit Check screen and enter the assay value printed above.
For details on photometric sensitivity adjustment, refer to the Service Manual.

*2 この値はESR値ではなく光学調整用の数値です。
This assay value is an index value used for photometric sensitivity adjustment, not an ESR value.

**NIHON KOHDEN CORPORATION**1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU
TOKYO 161-8560 JAPAN

0694-901861(01)